

Banchi-Benches

AWT

Test Automatico di Chiavi Dinamometriche secondo ISO 6789-1:2017

Automatic torque wrenches test according to ISO 6789-1:2017



Caratteristiche

- Trasduttori motorizzati per il test automatico di chiavi dinamometriche.
- Test in accordo a ISO 6789-1:2017
- Riconoscimento automatico del punto di scatto di chiavi dinamometriche.
- Test comparato.
- Test in senso orario o antiorario.
- Programmazione a bordo o tramite software di gestione qualità SQnet+ (su richiesta).

Features

- Dynamically driven transducer for automated wrench testing .
- Test according to ISO 6789-1:2017.
- Automatic detection of the click point of click wrenches
- Comparative test capability.
- Clockwise and counterclockwise test.
- Standalone programming or program with SQnet+ quality management software (on demand).

Dati Tecnici

Range di Coppia 0.3 N·m ÷ 1600 N·m massimo (il range del singolo banco dipende dalla configurazione dei trasduttori).

Accuratezza di misura Coppia 0.5% della lettura.

Technical Data

Torque range 0.3 N·m ÷ 1600 N·m maximum (the range depends from the transducers configuration).

Torque measurement accuracy 0.5% of the reading.